

Klinik:

Namn och personnummer:

## Checklista för patientutbildning av själv- och hemhemodialyspatient

Rekommendation av Styrgruppen för hemhemodialys i Sverige.  
Att användas med hänsyn till den egna avdelningens rutiner.

Info/Underv	Den friska och sjuka njuren.	1	2	3	4
	1. Njurens funktion				
	2. Uremisymtom				
	<b>Hur fungerar hemodialys ?</b>				
	3. Diffusion				
	4. Ultrafiltration				
	5. Dialysfilter				
	6. Behandlingstid				
	<b>Acesskunskap</b>				
	7. AV – fistel, Graft,				
	8. CDK				
	9. Accesskötsel – infektionstecken				
	10. Förändring accessfunktion				
	11. CDK Hantering				
	12. Att sticka sig själv				
	<b>Dialysvätska</b>				
	13. Sammansättning				
	14. Acetat, Bikarbonat				
	<b>Dialysbehandlingen</b>				
	15. Hygien/Aseptik				
	16. Förberedelse av dialysmaskin				
	17. Blodets väg				
	18. Dialysvätskans väg				
	19. Uppdukning vid dialysstart				
	20. Antikoagulation				
	21. Inställning av dialysparametrar				
	22. Start av dialys				
	23. Checklista				
	24. Dialysprotokoll				
	<b>Dialysavslutning</b>				
	25. Förberedelse avslutning				
	26. Desinfektion av maskin				

1 = Första information/sign ssk    2 = Behöver mer/sign ssk  
4 = Förstått/sign patient

3 = Förstått/sign ssk

2:a upplagan 080513  
Arbetsgruppen för HHD

Klinik:

Namn och personnummer:

	<b>Vattenbehandling</b>	1	2	3	4
	27. Avhärtningsfilter				
	28. Kolpartikelfilter				
	29. RO – filter				
	<b>Handhavande av Larm</b>				
	30. Artär				
	31. Ven				
	32. Luftvakt				
	33. TMP				
	34. Konduktivitet				
	35. Otillräckligt med vatten				
	36. Temperatur				
	37. Blodläckage				
	38. Ultrafiltration				
	39. Strömavbrott				
	40. Heparinpump				
	<b>Din behandling</b>				
	41. Blodtrycksmätning				
	42. Torrsvikt				
	43. BVM - Blodvolymismätning				
	44. Provsvar				
	45. Mediciner				
	<b>Komplikationer</b>				
	46. Övervätskning				
	47. Blodtrycksfall				
	48. Muskelkramp				
	49. Huvudvärk				
	<b>Problemlösning</b>				
	50. Avsluta i artärnålen				
	51. Byte av tryckmätare				
	<b>Avbryta / Ändra data</b>				
	52. Ändra UF & / eller Tid				
	53. Stäng av UF fortsätta dialys				
	54. Avsluta före utsatt tid				
	55. Justera larmgränser				
	56. Nåljustering				

1 = Första information/sign ssk    2 = Behöver mer/sign ssk  
4 = Förstått/sign patient

3 = Förstått/sign ssk

Klinik:

Namn och personnummer:

	<b>Injektionsteknik</b>	1	2	3	4
	57. Subkutan injektion				
	58. Injektioner under dialys				
	<b>Dietist</b>				
	<b>Kurator</b>				
	<b>Sjukgymnast</b>				
	<b>Arbetsterapeut</b>				
	<b>Teknikern</b>				
	59. Underhåll av dialysmaskin				
	60. Underhåll vattenrenare				
	61. Byte av förfilter				
	62. Vattenprover				
	<b>Risker</b>				
	63. Nål glider ur obemärkt under behandlingen				
	64. Blodläckage sker obemärkt under behandling vid dålig anslutning av blodslangar.				
	65. Möjligt att ställa in för hög dragning av vätska.				
	66. Möjligt att koppla fel slang till natriumkloridpåsen vid avslutning av behandling				
	67. Läckströmmar från dåligt jordad kringutrustning kan passera CDK.				
	68. Flödesmätaren kan spricka under hetdesinfektion utan upptäckt.				
	69. Möjligt att förväxla nålslangar vid anslutning till artär respektive venslang.				
	70. Möjligt att glömma öka blodpumpens hastighet till ordinerad nivå.				
	71. Dialyskoncentrat kan läcka ut på golvet utan upptäckt.				
	72. Läckage från dialysfilter under behandling.				
	<b>Övrigt</b>				
	73. Bostadsanpassning				
	74. Leverans av Dialysmaterial				
	75. Handkappersättning				
	76. Hembesök vid hemgång				
	77. Handhavande och transport av prover				
	78. Återbesök				

1 = Första information/sign ssk    2 = Behöver mer/sign ssk  
4 = Förstått/sign patient

3 = Förstått/sign ssk

2:a upplagan 080513  
Arbetsgruppen för HHD

Klinik:

Namn och personnummer:


**1 = Första information/sign ssk    2 = Behöver mer/sign ssk**  
**4 = Förstått/sign patient**

**3 = Förstått/sign ssk**

2:a upplagan 080513  
Arbetsgruppen för HHD